JANコード
4560174830569
数量 1

(01)04560174830569

デンマーク アンブ社製

ヘッドウェッジ 取扱説明書

T0166-01-2008.12.12

【警告】

◆ヘッドウェッジは、医師の指導のもと、この治療法について充分な教育・訓練を受けた方だけが使用できます。医師の指示を受けずにヘッドウェッジを使用した場合、非可逆性の損傷を患者さんに与える可能性があります。

【禁忌・禁止】

◆再使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本体× 1、ストラップ× 2



2. 原理

頸椎や脊髄の保護や損傷を防止するため、頭部をヘッドウェッジに固定することで、頭頸部を中央位置に維持し、左右に曲ることのないようにします。同時に脊髄のひねりや圧迫による生理学的な損傷、虚血性の損傷が脊髄に加わることを防ぎます。

【使用目的、効能又は効果】

損傷した身体部位を固定するために用いる器具。

【操作方法又は使用方法等】

ヘッドウェッジ（ヘッドイモビライザ）は、患者さんの頭部固定のためにバックボードとともに使用されます。バックボードへの装着、患者さんへの装着も簡単で素早く行えます。

＜操作方法＞

①ヘッドウェッジをバックボードに固定します。赤いライナーを引き抜くとテープにより接着されます。

②上からよく押さえ、ヘッドウェッジをバックボードにしっかりと貼り付けます。

③患者さんの頭部をヘッドウェッジに乗せます。

④白いアクチェイターを引き、頭部が 3 点でヘッドウェッジに固定されるようにサイズを調整します。このアクチェイターを上に引き上げながら戻せば、サイズの再調節も可能です。

⑤付属のストラップで患者さんの頭部と頸部を固定します。

注意：1 点のみ、あるいは 2 点での接触は不可。3 点で接触するようにサイズを調節してください。









【使用上の注意】

◆患者さんに使用する前に、ヘッドウェッジを使用するための臨床的な教育・トレーニングを充分に受けてください。また、ヘッドウェッジの取扱方法について、本書を充分に読み、よく理解しておいてください。

◆ここに記載されている内容はガイドラインです。医学的な処置について定義しているものではありません。使用においては医師の指導・指示に従ってください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管環境温度：－ 40 ～＋ 70℃

使用環境温度：－ 5 ～＋ 50℃

【保守・点検に係る事項】

ヘッドウェッジはディスポーザブルのため、使用後は廃棄してください。

【包装】

10 個入り：（本体× 1、ストラップ× 2）× 10 個 / 袋

100 個入り：｛（本体× 1、ストラップ× 2）×10 個 / 袋｝ ×10 個 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

住所：〒 343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12

TEL：048-988-4411（代）

輸入先国名：デンマーク、中国

製造業者名：アンブ社（Ambu A/S）

作成日：2008 年 12 月 12 日

カタログやデモなどのご要望は… Eメール **support@imimed.co.jp** ホームページ **http://www.imimed.co.jp**
本社／埼玉県越谷市流通団地3-3-12 〒343-0824 ℻048（988）4411（代） ・ 札幌／011（787）9010 ・ 仙台／022（392）6820 ・ 埼玉／048（988）4422
東京／03（5246）9461 ・ 府中／042（580）4410 ・ 横浜／045（534）1155 ・ 静岡／054（255）1278 ・ 東海／0532（34）1012 ・ 大阪／06（6385）5205
神戸／078（579）8250 ・ 奈良／0744（24）6522 ・ 岡山／086（803）5510 ・ 香川／087（840）7066 ・ 福岡／092（473）1871